



**“УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ – Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ” ЕАД – ПЛЕВЕН**

5800 Плевен, бул. "Г. Кочев" 8 А, тел. 064/886 444, факс: 064/804 212
e-mail: umbal@umbalpln.com; www.umbalpleven.com

**УМБАЛ Д-р Георги Странски
ЕАД Плевен**
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Изходни №: 10384/24.08.2017 г.
гр. Плевен

ДО заинтересованите лица в обществена поръчка, с предмет:
„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна
поддръжка на нова медицинска апаратура, за нуждите на
„УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”, открита с
Решение РД-16-308/15.08.2017 г. .

Относно: постъпило запитване с вх. № 10384/22.08.2017 г. от участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”, открита с Решение РД-16-308/15.08.2017 г. .

Уважаеми/а господине/госпожо,

На основание чл. 33, ал.1 от ЗОП и в законоустановения срок, предоставям разяснение по документацията за участие, както следва:

Въпрос № 1: „В Техническата Спецификация – Приложение 1 по обособена позиция №8 „Дигитален детектор за рентгенов апарат” в т. 26 е заложено изискване „Интерфейси: генератор, U-рамо, колиматор, DAP”.

Моля да посочите към кой Ваш рентгенов апарат, генератор, колиматор и DAP камера следва да бъде свързан детектора , така че тези интерфейси да функционират правилно?

Отговор: За да функционират правилно тези интерфейси, детекторът би могъл да бъде свързан с:

- Рентгенов апарат QUANTUM 3D-таванно окачване с маса +вертикален статив;
- колиматор-автоматичен ;
- ВВГенератор-висококочестотен 50kW ;
- DAP камера - Vacudar.

На основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП разяснението да се публикува в профила на купувача в законоустановения срок.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/доц. д-р Цветан Луканов, дм/

