



**“УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО  
ЛЕЧЕНИЕ – Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ” ЕАД – ПЛЕВЕН**

5800 Плевен, бул. "Г. Кочев" 8 А, тел. 064/886 444, факс: 064/804 212  
e-mail: umbal@umbalpln.com; www.umbalpleven.com

**УМБАЛ Д-р Георги Странски  
ЕАД Плевен**  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
Изхвърля № 10859/04.09.2017 г.  
г. Плевен

ДО заинтересованите лица в обществена поръчка, с предмет: „Доставка на общоболнични медицински консумативи и консумативи за ангиографски изследвания и съдова хирургия за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен”, открита с Решение РД-16-312/21.08.2017 г. .

**Относно:** постъпило запитване с вх. № 10859/05.09.2017 г. от участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка на общоболнични медицински консумативи и консумативи за ангиографски изследвания и съдова хирургия за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен”, открита с Решение РД-16-312/21.08.2017 г. .

**Уважаеми/а господине/госпожо,**

На основание чл. 33, ал.1 от ЗОП и в законоустановения срок, предоставям разяснение по документацията за участие, както следва:

**Въпрос № 1:** Обособената позиция касае общохирургичен инструментариум, посочен във Вашата спецификация, определя видове инструменти, общоизвестни в медицината и индустрията под едни и същи наименования, характеристики и приложение в операционната практика, например Кохер, Терие, Иглодържател по Майо-Хегар, ножици Метценбаум и пр.

Производителите на медицински инструменти следват тази номенклатура и техническа спецификация и изисквания, като естествено произвеждат и наименоват инструментите си под същите имена, с които те са известни в медицинската практика по света, за точно обозначение на спецификацията и хирургичното приложение на всеки съответен инструмент.

Разликите при различните производители са в дължината на инструмента, или в неговия ъгъл на закривяване, и пр., които се изразяват в милиметри, и по своята същност са несъществени.

В тази връзка, по отношение на техническата спецификация, обявена в откритата обществена процедура № 00178-2017-0012, за Номенклатурна единица № 413, Ви молим да ни потвърдите приемането на предложения за хирургични инструменти, отговарящи по своята същност като тип и модел на инструментите от заложената техническа спецификация, с несъществени различия в размера на инструмента.

**Отговор:** Относно техническата спецификация за Номенклатурна единица № 413 по обявената открита обществена процедура № 00178 – 2017 – 0012, потвърждаваме, че ще приемаме предложения за хирургични инструменти с несъществени различия (в рамките на 0,5 см – 1,00см) в размера на инструментите.

На основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП разяснението да се публикува в профила на купувача в законоустановения срок.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:**

/доц. д-р Цветан Луканов, дм/

